

Precauzioni standard per il personale sanitario:	Precauzioni da adottare in sala endoscopica		decontaminazione dopo l'esecuzione dell'esame endoscopico	
	Paziente con alto rischio di infezione da SARS-CoV-2*	Pazienti SARS-CoV-2 positivi	Per gli strumenti endoscopici	per la sala endoscopica
<ul style="list-style-type: none"> Igiene delle mani (acqua e sapone o soluzione idroalcolica) Evitare di toccare superfici nelle immediate vicinanze del paziente Igiene respiratoria: tossire coprendosi la bocca con un fazzoletto monouso da gettare il prima possibile (immediatamente dopo: igiene delle mani) o, in sua mancanza, tossire all'interno della piega del gomito. Rendere facilmente reperibile la soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in tutti i setting assistenziali Se superficie contaminata: disinfettarla con prodotto a base di ipoclorito di sodio diluito al 10% (es. Antisapril®). 	<ul style="list-style-type: none"> Seguire le precauzioni standard Smaltire DPI monouso nel contenitore dei rifiuti speciali a rischio infettivo. Indossare: <ul style="list-style-type: none"> Mascherine con filtro FFP2. Sovracamice monouso non sterile a maniche lunghe e toglierlo prima di togliere i guanti e di uscire dalla sala endoscopica. Protezioni oculari. Sovrascarpe Cuffia in testa e capelli legati Prima di uscire dalla sala: <ul style="list-style-type: none"> Indossare un paio di guanti nuovi e non rimuovere la mascherina (il personale che movimentava i pazienti) Utilizzare il gel alcolico per la disinfezione delle mani o lavarsi le mani. In caso di prelievo campioni biotici: metterli subito in formalina 	<p><u>Quanto indicato per i pazienti ad alto rischio più:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tuta o camice chirurgico + sovra camice idrorepellente Maschera FFP3 Due paia di guanti Occhiali/visiera Sostituire il sovracamice dopo aver prestato assistenza in una camera. Seguire le norme di vestizione e svestizione (https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf) (vedi Figura 1 in appendice) 	<ul style="list-style-type: none"> Seguire rigorosamente le linee guida per la disinfezione Utilizzare accessori monouso Trattare con procedure standardizzate tutti gli strumenti e accessori riutilizzabili Utilizzare disinfettanti battericidi, micobattericidi, fungicidi e virucidi. Effettuare sessioni di formazione straordinaria del personale su tali procedure. 	<ul style="list-style-type: none"> Disinfezione di superfici ed attrezzature con soluzione di candeggina e acqua diluita 1:100. * In assenza di camere a pressione negativa: arieggiare la sala endoscopica con l'aria pulita dell'esterno e di mantenerla vuota almeno per un'ora.

* Al momento l'Italia è considerata tutta ad alto rischio per infezione da SARS-CoV-2